

Дополнение №11 к области аккредитации

Московский центр метрологии
Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Шифр калибровочного клейма **К РЖД 03**

№ п/п	Калибруемые средства измерений				Примечание
	Группы (тип) средств измерений	Метрологические характеристики		Погрешность, класс точности, разряд, цена деления	
		Диапазон измерений			
1	2	3	4	5	
МЦМ, ул. Буракова, д.8					
27. Измерение геометрических величин					
1	Линейки поверочные ШД	0...1000 мм		КТ 1	
2	Линейки поверочные ле- кальные ЛД	0...200 мм		ПГ±3 мкм	
3	Образец с искусствен- ными дефектами и зазо- рами КОИДЗ-ВД	по глубине	0,5 мм	ПГ±0,05 мм	
			3 мм	ПГ±0,1 мм	
		по ширине раскрытия	0,1 мм	ПГ±0,02 мм	
			0,15 мм	ПГ±0,05 мм	
		по длине	30 мм	ПГ±1 мм	

Заместитель начальника
Департамента технической политики-
главный метролог ОАО «РЖД»



С.А.Левин