

Дополнение № 4 к области аккредитации

Московский центр метрологии
Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Шифр калибровочного клейма **К РЖД 03**

№ п/п	Калибруемые средства измерений				Примечание
	Группы (тип) средств измерений	Метрологические характеристики			
		Диапазон измерений	Погрешность, класс точности, разряд, цена деления		
1	2	3	4	5	
Москва, ул. Буракова, д. 8					
27. Измерение геометрических средств измерений					
1	Штангенциркули	800...2000 мм	ЦД 0,1 мм		
2	Шаблон глубины продорожки коллектора ШГПК	0,5...2,0 мм; 1,0...1,5 мм	ПГ ± 0,3 мм		
3	Шаблон универсальный 00316 при измерении: стыковых рельсовых зазоров глубины поверхностных де- фектов длины поверхностных дефек- тов	1...50 мм	ПГ ± 0,5 мм		
		0...15 мм	ПГ ± 0,25 мм		
		0...220 мм	ПГ ± 0,25 мм		
4	Рулетка металлическая изме- рительная	1...5 м	ПГ ± 0,40+0,20(L-1) мм		
5	Метроштоки	4800 мм	ПГ ± 2,0 мм		

Заместитель начальника
Департамента технической политики-
главный метролог ОАО «РЖД»



С.А.Левин